

ALCOOLTEST MARKETING ITALIA di P. CAIMMI

CCIAA PG - REA n°234356 - P.IVA 02688070545 - CMMPTR53P26G478C

**Tejas** Dräger







## ETILOMETRO "DRAGER" ALCOTEST 7110 MKIII



### ETILOMETRO "DRAGER",

mod. 7110 MKIII. Apparecchio che consente di analizzare l' aria alveolare nell' espirato e visualizzare su display il valore espresso direttamente in g/l di alcool nel sangue. Tipo portatile, funzionante da 0°C a +40°C, alimentazione a batteria 12 Volts o rete 220 Volts, stampante incorporata, custodia per trasporto, comprensivo della verifica primitiva, libretto metrologico e manuale d'istruzione

> Omologazione n. 000308 et 1999 Apparecchiatura completa di :

Principio di misura: cella a raggi infrarossi

0-45° C. Condizioni d'impiego:

Umidità relativa 10-95%

Pressione atmosferica 850-1025 mbar Automatico con circuito di controllo

Temperature di stoccaggio: -30...70° C. 0-6.9 g/lRange di misura:

Stampante: Ad aghi con cartuccia inchiostratrice Consumo: In riscaldamento 70w a 12Vcc

In misura 30w a 12Vcc

In stand by 15w

Peso: ca. 8 Kg.

400 x 130 x 265 mm. Dimensioni:

**BOCCHELLI MONOUSO** di ricambio (confezioni da n.25 pz.)

**NASTRI** per stampante (1)

Azzeramento:

**ROTOLI CARTA** per stampante (n. 5)

CAVI di collegamento rete 220V e auto 12 V.

Valigia ANTIURTO con porte per collegamentoattacco a PC e rete sul retro

STAMPANTE incorporata.

Questo etilometro a garanzia del cittadino non procede al test se rilava alcool in bocca, chetoni, acetone, etc.

# Alcooltest Marketing Italy

Sede: Via J.F.Kennedy, 8 Stab. J&V: Jablonec .n..8 06083 BASTIA U. - PG(Italy) 468.01Repubblica Ceca Tel. +39.339 8282019

Fax +39.075.8011.732 No. Reg. 3006026304 F.D.A.(U.S.A.) Narcotest: <u>drogatest@alcooltest.org</u> Alcooltest: <u>alcooltest@alcooltest.net</u> www.narcodroga.it www.alcooltest.net www.webalice.it/alcooltest www.drogatest.org www.alcooltest.eu www.alcooltest.us www.dispositividiagnostici.it www.diagnostici.org www.testdiagnostico.it Tax- ID: (VAT) 02688070545 Italia